

検査案内書

初版 2018年1月28日作成
株式会社 聖路加医学生物学研究所

遺伝子関連検査 マイクロサテライト不安定性解析

必須提出スライド	検体量			保存法	保存可能期間	所要日数	検査方法	基準値
	中性ホルマリン(4-10%ホルマリン)24時間以内推奨							
正常部	FFPE 連続切片で あること	未染色スライド 10 μ m 各5枚	*注 血液を正常部 とする場合 全血3mL (EDTA-2K 採血管使用)	冷蔵 (4 $^{\circ}$ C \sim 8 $^{\circ}$ C)	2週間	10営業日内	PCR	0マーカー : MSS 1マーカー : MSI-L 2マーカー以上 : MSI-H (緊急連絡 該当なし)
腫瘍部	FFPE 連続切片で あること	未染色スライド 10 μ m 各5枚						
HE染色	腫瘍部	マーキング済	1枚	常温				
検査注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検体の保存状況によっては検査不能となる場合がございます。 ・ 検査実施にあたり、必ずご本人への説明、同意を得て頂きますようお願いいたします。 ・ 受付は月～金曜日 9:00～16:30です。(土日祝日ならびに弊社休業日は受付を行っておりません) ・ 個人情報保護の為、検体ならびに依頼書の患者氏名、IDは匿名化の上、ご提出をお願いいたします。 ・ 正常部、腫瘍部スライドを別々の容器に入れ、区別がつくように容器に明記して下さい。 							
検体の提出条件	容器、検体の破損がなく、検体が露出していないこと							
検査依頼書	株式会社聖路加医学生物学研究所で用意する複写式専用様式							
検体依頼書・ 検体ラベル 必要記載項目	検体ID(医療機関にて連結可能匿名化をした記号番号)・検体採取年月日・検体種・依頼項目・委託元名称・医師名・緊急連絡先							

参考文献 1) Cancer Res 1994;54:1645-1649 2) Cancer lett 2004;216:55-62 3) Carcinogenesis 2009;30:494-499

< お問い合わせ先 >

株式会社 聖路加医学生物学研究所

(衛生検査所登録番号 : 29中中生医第1018号)

〒104-0045 東京都中央区築地3丁目6-2

大村進・美枝子記念聖路加臨床学術センター7階

TEL : 03-6264-7270

FAX : 03-6264-7306

担当者 : 水野佳子